

实验室安全整改通知单

敬德楼 C503 西

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022 年）》，在 2022 年 9 月 21 日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、 敬德楼 C503 西试剂柜未上锁。



材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 9 月 22 日

实验室安全整改通知单

敬德楼 C507

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022年）》，在2022年9月21日的实验室安全检查中，发现9月14日要求整改的问题仍未整改，现再次下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、敬德楼 C507 易制毒试剂柜未上双锁。



材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022年9月22日

实验室安全整改通知单

敬德楼 C506 东

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022 年）》，在 2022 年 9 月 21 日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、敬德楼 C506 东试剂柜未锁。



材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 9 月 22 日

实验室安全整改通知单

敬德楼 C508 西

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022 年）》，在 2022 年 9 月 21 日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

1、敬德楼 C508 西通风柜内放置物品应距离调节门内侧 15 厘米以上。

2、敬德楼 C508 西气瓶架未固定。



材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 9 月 22 日

实验室安全整改通知单

格致楼 B118

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022年）》，在2022年9月21日的实验室安全检查中，发现9月14日要求整改的问题仍未整改，现再次下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、格致楼 B118 中的三个气瓶未固定。



材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022年9月22日

实验室安全整改通知单

格致楼 B117

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022年）》，在2022年9月21日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、 格致楼 B117 垃圾未清理。



材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 9 月 22 日